

JELOSIL SA

ULTRAVIOLETTI - INFRAROSSI

Strada Padana Superiore 317 - 20090 Vimodrone (MI) - ITALY tel. ++39 (0)2 2504098 - fax ++39 (0)2 2503146
info@jelosil.it

LAMPADE PER FOTOTERAPIA CON RAGGI UVB banda stretta

(picco di emissione a 311nm)

CONFORMI ALLA NORMA EN 60601-1 CLASSE I TIPO B E DIRETTIVA 93/42/CEE "DISPOSITIVI MEDICI" CLASSE IIa.

**JELODERM UVB
311nm**




**SUNLAMP70 UVB
311nm**



**JELOSAN UVB
311nm**



**JELOSOL UVB
311nm**



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	JELODERM UVB 311nm	SUNLAMP 70 UVB 311nm	JELOSAN UVB 311nm	JELOSOL UVB 311nm
CODICE LISTINO	0A4B101212	0A4A101162	0A4A101200	0A4A101300
Tensione alimentazione	230V ca 50Hz	230V ca 50Hz	230V ca 50Hz	230V ca 50Hz
Peso netto	Kg. 37	Kg. 14	Kg. 7	Kg. 3
Dimensioni corpo lampada	cm.66x12x180h	cm.36x11x75h	cm.23x10x50h	cm.20x28x8h
Dimensioni utili finestra emissione UV	cm.170x51	cm.29x60	cm.23x38	cm.20x13
Tipo emettitori	TL 100W/01	TL 20W/01	PLL 36W/01	PLS 9W/01
Lunghezza emettitori	cm.178	cm.60	cm.37	cm.12,5
Potenza e numero emettitori UV	8x100W	4x20W	2x36W	2x9W
Timer per spegnimento automatico lampade	n.2 timer meccanici max 15'	n.1 timer digitale max 30'	n.1 timer digitale max 30'	n.1 timer meccanico max 15'
Base con rotelle frenanti	X	X	=	=
Contaore	X	X	X	=
Griglia metallica protezione lampade	X	X	X	X
Protezioni oculari anti-UV per paziente	a corredo 1 paio	a corredo 1 paio	a corredo 1 paio	a corredo 1 paio
Occhiali anti-UV per operatore	a corredo 1 paio	a corredo 1 paio	a corredo 1 paio	a corredo 1 paio

DISTRIBUZIONE SPETTRALE NELLA REGIONE DELL'ULTRAVIOLETTO

UVB banda
stretta con
picco 311nm

%



SCALA : NANOMETRI (nm)

1nm= 10⁻⁹ m

UVA 315 - 400 nm

UVB 280 - 315 nm

UVC 100 - 280 nm

L'ESPOSIZIONE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI HA CONTROINDICAZIONI ED IN CASO DI USO IMPROPRIO PUO' PROVOCARE SERI DANNI ALLE PERSONE. PERTANTO PER L'UTILIZZO E' NECESSARIO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL MEDICO CURANTE PER I TEMPI DI ESPOSIZIONE, LA DISTANZA DI APPLICAZIONE E LA FREQUENZA DELLE SEDUTE
LA VENDITA DIRETTA ALL'UTILIZZATORE FINALE E' SOGGETTA A PRESCRIZIONE MEDICA.

E' sempre necessario l'uso degli occhiali protettivi per paziente che sono forniti con l'apparecchiatura.



Rev.07 del 01.07.15